

Torino, li 22/01/2015

Ai soggetti interessati

Prot. n. 0796

Oggetto: Gara europea per la fornitura di forniture di suturatrici meccaniche e la prestazione dei servizi connessi, da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (70-2014) - **CHIARIMENTI**.

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Con riferimento al Lotto 1, è richiesto il Kit per il trattamento chirurgico della patologia emorroidaia con diametro esterno compreso tra 31,5 mm e 34,5 mm. Nella fattispecie è disponibile sia la tipologia con diametro 32/33 mm. sia nella tipologia 33/34 mm. E' possibile offrire entrambi? E' possibile fare offerta alternativa? Oppure è possibile indicare i due codici disponibili offrendoli allo stesso prezzo?

Si precisa quanto segue:

Con riferimento ai lotti oggetto di gara, è possibile indicare un solo prodotto (con il relativo codice).

In merito al quesito 2:

Con riferimento al Lotto 1 è possibile rispondere a tale lotto con due codici diversi, aventi lo stesso prezzo che comunque soddisfano le caratteristiche richieste nel capitolato?

Si precisa quanto segue:

Con riferimento ai lotti oggetto di gara, è possibile indicare un solo prodotto (con il relativo codice).

In merito al quesito 3:

La base d'asta del Lotto 2 ci risulta anomala indicando un prezzo nettamente inferiore al prezzo medio nazionale che è di circa 650 Euro.

Si precisa quanto segue:

Si conferma l'importo posto a base di gara.

In merito al quesito 4:

Lotti 17-18-19: in tali lotti la caratteristica dell'altezza regolabile del punto identifica una sola azienda ledendo così il principio della libera concorrenza.

Si precisa quanto segue:

Le caratteristiche e il fabbisogno delle suturatrici di cui ai lotti 17-18-19 sono state definite dalle Aziende Sanitarie piemontesi tramite un Nucleo Tecnico nominato dalla Regione Piemonte pertanto si confermano le caratteristiche richieste.

In merito al quesito 5:

Nella documentazione tecnica viene richiesta la descrizione del sistema di sicurezza, cosa intendete?

Si precisa quanto segue:

Viene richiesto di spiegare in modo descrittivo il funzionamento del sistema di sicurezza in relazione a quanto richiesto nelle caratteristiche tecniche dei singoli lotti.

In merito al quesito 6:

Si richiede un chiarimento sulla formula per attribuzione del punteggio di qualità $C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$; in particolare si chiede di esplicitare la formula facendo una simulazione con punteggi teorici, esempio ditta A punteggio dei requisiti 37 e ditta B punteggio dei requisiti 45. Quale sarebbe il punteggio di qualità della ditta A e della ditta B?

Si precisa quanto segue:

Si intende la somma dei singoli punteggi attribuiti a ciascun concorrente sui diversi criteri definiti nell'Allegato 1 – Griglia di valutazione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Adriano LELI

(firmato in originale)

