

Torino, li 12/01/15

Ai soggetti interessati

Prot. n. 218

Oggetto: Gara europea per la fornitura di forniture di suturatrici meccaniche e la prestazione dei servizi connessi, da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (70-2014) - **CHIARIMENTI**.

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Relativamente ai lotti 8-9-10-11: la lama menzionata nella descrizione dei singoli lotti elencati, può essere presente sia sulla suturatrice sia sul caricatore?

Si precisa quanto segue:

Relativamente ai lotti 8-9-10-11 la lama menzionata nella descrizione dei singoli lotti elencati, può essere presente sia sulla suturatrice che sul caricatore.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Adriano LELI

(firmato in originale)