

Torino, lì 16/11/2015

Prot. n. 10356

Ai soggetti interessati

Oggetto: Gara europea per la fornitura di materiale di medicazione e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 (gara 59/2015)
CHIARIMENTI

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue:

In merito al quesito 1:

a) *Lotto n. 2 - Compresse Laparatomiche in garza sterili con filo di bario*

Il Capitolato Tecnico cita, in relazione alle cuciture, quanto segue: "All'interno cucitura a croce (sia in diagonale sia con una cucitura verticale ed una orizzontale). A tal proposito si chiede conferma delle cuciture così come sopra indicate, in quanto solitamente le Aziende Ospedaliere chiedono una soltanto delle due.

b) *Il laccio o anello di reperimento laterale è da applicare a tutte le compresse laparatomiche del Lotto n. 2?*

c) *Lotto n. 3 - Compresse Laparatomiche in garza non sterili con filo di bario. Il Capitolato Tecnico cita, in relazione alle cuciture, quanto segue: "All'interno cucitura a croce". A tal proposito si chiede se la cucitura debba essere solo a croce oppure se si deve procedere come indicato nel Lotto n. 2.*

d) *Il laccio o anello di reperimento laterale è da applicare a tutte le compresse laparatomiche del Lotto n. 3?*

Si precisa quanto segue:

- a) Si conferma l'indicazione contenuta nel Capitolato Tecnico: verranno pertanto accettate sia compresse laparatomiche che presentano cucitura a croce in diagonale sia compresse che presentano la cucitura a croce con una cucitura verticale ed una orizzontale.
- b) Si conferma che, come descritto nel Capitolato Tecnico, tutte le compresse devono avere un laccio o anello di reperimento laterale di circa 30 cm.

- c) Si conferma che anche per tale lotto verranno accettate sia compresse laparatomiche che presentano cucitura a croce in diagonale sia compresse che presentano la cucitura a croce con una cucitura verticale ed una orizzontale.
- d) Si conferma che, come descritto nel Capitolato Tecnico, tutte le compresse devono avere un laccio o anello di reperimento laterale di circa 30 cm.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Isabella FANELLI

(firmato in originale)