

Ai soggetti interessati

Torino, li 12/06/2017

Prot. n. 5648

**Oggetto:** Servizio di gestione delle apparecchiature elettromedicali presenti presso le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) della L.R. 19/2007 e s.m.i. (gara 28-2017). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

\* \* \*

#### **DOMANDA 1**

*Data l'estensione del piano formativo richiesto, per ragioni di spazio dovute alle prescrizioni riportate all'Art. 18 "Offerta Tecnica" del Disciplinare di Gara, si chiede la conferma della possibilità di riportare all'interno dell'offerta tecnica, stilata secondo la traccia indicata all'articolo sopracitato, ed in particolare al paragrafo "4.2 Formazione (piano formativo quinquennale per ciascuna risorsa componente il presidio)", una sintesi del piano formativo offerto, fermo restando che il piano dettagliato verrà presentato sotto forma di allegato all'offerta tecnica.*

#### **RISPOSTA 1**

Si conferma che l'offerta tecnica dovrà essere costituita da cartelle in formato A4 in numero massimo di 60 precisando che tutti gli elementi dell'offerta che saranno oggetto di valutazione qualitativa dovranno rinvenirsi chiaramente nel corpo della relazione tecnica e non negli allegati, pena la non valutazione degli stessi con conseguente attribuzione di punteggio 0 (zero).

\* \* \*

#### **DOMANDA 2.1**

*In relazione all'allegato "ASL\_NO", siamo a chiedere di rettificare tale allegato in quanto il contenuto delle colonne pare erroneamente non corrispondere all'intestazione delle colonne stesse.*

#### **RISPOSTA 2.1**

Si rinvia sul punto alla risposta 1.3 dei chiarimenti pubblicati in data 1° giugno e ai relativi allegati.

#### **DOMANDA 2.2**

*Si segnala che non c'è corrispondenza tra la numerosità delle apparecchiature riportate negli allegati di sintesi e quelli di dettaglio e non è, quindi, chiaro se ai fini dell'offerta economica e dell'individuazione delle tipologie e della numerosità delle apparecchiature facciano fede gli allegati di dettaglio o quelli di sintesi.*

#### **RISPOSTA 2.2**

Si rinvia sul punto ai chiarimenti (in particolare alla risposta 1.1) pubblicati in data 1° giugno.

### DOMANDA 2.3

Nel file "ASL VCO Apparecchiature" compare la CT che, stando all'allegato "All.2 Apparecchiature alta tecnologia" non rientra tra le apparecchiature oggetto di appalto. Si chiede di confermare che tali sistemi sono da ritenersi esclusi dalla gara e dai successivi contratti che verranno stipulati dai singoli enti.

Numero di Inventario	TBSC Classe	Classe	Ditta	Modello	Ospedale	Etichetta
417264	TAC	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	PHILIPS HEALTHCARE	BRILLIANCE 64	DOMODOSSOLA - OSPEDALE S. BIAGIO	5245
	TAC	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	SIEMENS AG	SOMATOM EMOTION DUO	VERBANIA - OSPEDALE CASTELLI	30294
431442	TAC	TOMOGRFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	GE HEALTHCARE	BRIGHTSPEED 16 ELITE	VERBANIA - OSPEDALE CASTELLI	31219

### RISPOSTA 2.3

Si conferma che la classe CIVAB TAC è esclusa dalla presente procedura.

### DOMANDA 2.4

Nel file "AO CN" nelle righe 3200 e 3201 compaiono le seguenti linee:

CIVAB	CND	DESCRIZIONE	NUMEROSITA' TOTALE APPARECCHIATURE	APPARECCHIATURE IN SERVIZIO A COPERTURA GLOBALE	INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE
4CD		CONGELATORE	7		MEDIO/BASSA
FRS		FASCIATOIO RISCALDATO	6		MEDIO/BASSA

Si chiede di confermare che si tratta di un refuso

### RISPOSTA 2.4

Non si tratta di un refuso, nonostante l'errata collocazione delle stesse dovuta ad una mera svista.

### DOMANDA 2.5

Nel file "ASL AT" un elenco di apparecchiature (552 sistemi complessivi) è privo dell'indicazione del tipo di servizio richiesto. Si riporta un breve stralcio di tale elenco, a titolo di esempio:


CIVAB	CND	DESCRIZIONE	NUMEROSITA' APPARECCHIATURE	SERVIZIO A COPERTURA GLOBALE	INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE	ALIQUOTA INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE
ARE		ARMADIO DELL'ELETTRONICA	1		ALTISSIMA	10%
EMD	Z12090201	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	64		ALTISSIMA	10%
LIE		LITOTRITORE ENDOSCOPICO	2		ALTISSIMA	10%
SNA	W02039006	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	11		ALTA	9%
AAE	W02030201	ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE	7		ALTA	9%
AIC	W02010201	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	30		ALTA	9%
AIE	W0201040201	ANALIZZATORE IONOSELETTIVO PER ELETTROLITI	1		ALTA	9%
AME	W02010101	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	9		ALTA	9%
CGA	W0202010201	CONTAGLOBULI AUTOMATICO	4		ALTA	9%
CGD	W02020101	CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE	5		ALTA	9%
EAU	W0201050101	ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER	3		ALTA	9%
EFC	W020105010202	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	5		ALTA	9%
EGA	W02010401	EMOGASANALIZZATORE	17		ALTA	9%
EAN		ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	4		ALTA	9%
SCE	W02029006	SEPARATORE CELLULARE	5		ALTA	9%
ASN	W02030101	ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER	3		MEDIA/ALTA	8%
ACM	W02069001	CAMPIONATORE AUTOMATICO	4		MEDIA/ALTA	8%
LFS	Z12029010	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	5		MEDIA/ALTA	8%
SCP	W02060101	SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA	2		MEDIA/ALTA	8%
MAZ	Z12011306	SISTEMA DI LAVAGGIO-DECONTAMINAZIONE DI DM DI GRANDI DIM.	1		MEDIA/ALTA	8%
ABH		ABLAZIONE CARDIACA A RADIOFREQUENZE, APPARECCHIO PER	1		MEDIA	7%
EMM		EMOGLOBINOMETRO	4		MEDIA	7%
EVM	Z12059005	EMOVELOCIMETRO	8		MEDIA	7%
ABD	W02050101	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	3		MEDIA	7%

### RISPOSTA 2.5

Si rinvia sul punto alla risposta 5.23 dei chiarimenti pubblicati in data 1° giugno.

### DOMANDA 2.6

Analogamente, nel file "ASL CNI" un elenco di apparecchiature (oltre 4.900 sistemi complessivi) è privo dell'indicazione del tipo di servizio richiesto. Si riporta un breve stralcio di tale elenco, a titolo di esempio



CIVAB	CND	DESCRIZIONE	NUMEROSITA' APPARECCHIATURE	SERVIZIO A COPERTURA GLOBALE	INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE	ALIQUOTA INCIDENZA COSTO MANUTENZIONI
ARE		ARMADIO DELL'ELETTRONICA	1		ALTISSIMA	10%
EMD	Z12090201	EMODIALISI, APPARECCHIO PER	64		ALTISSIMA	10%
LIE		LITOTRITTORE ENDOSCOPICO	2		ALTISSIMA	10%
SNA	W02039006	AMPLIFICATORE DI SEQUENZE NUCLEOTIDICHE	11		ALTA	9%
AAE	W02030201	ANALIZZATORE AUTOMATICO EMOCOLTURE	7		ALTA	9%
AIC	W02010201	ANALIZZATORE AUTOMATICO PER IMMUNOCHEMICA	30		ALTA	9%
AIE	W0201040201	ANALIZZATORE IONOSELETTIVO PER ELETTROLITI	1		ALTA	9%
AME	W02010101	ANALIZZATORE MULTIPARAMETRICO SELETTIVO	9		ALTA	9%
CGA	W0202010201	CONTAGLOBULI AUTOMATICO	4		ALTA	9%
CGD	W02020101	CONTAGLOBULI AUTOMATICO DIFFERENZIALE	5		ALTA	9%
EAU	W0201050101	ELETTROFORESI AUTOMATICA, APPARECCHIO PER	3		ALTA	9%
EFC	W020105010202	ELETTROFORESI CAPILLARE, APPARECCHIO PER	5		ALTA	9%
EGA	W02010401	EMOGASANALIZZATORE	17		ALTA	9%
EAN		ESTRATTORE DI ACIDI NUCLEICI	4		ALTA	9%
SCE	W02029006	SEPARATORE CELLULARE	5		ALTA	9%
ASN	W02030101	ANTIBIOGRAMMA ED IDENTIFICAZIONE MICROBICA, APPARECCHIO PER	3		MEDIA/ALTA	8%
ACM	W02069001	CAMPIONATORE AUTOMATICO	4		MEDIA/ALTA	8%
LFS	Z12029010	LAVATRICE PER ENDOSCOPI	5		MEDIA/ALTA	8%
SCP	W02060101	SISTEMA AUTOMATICO PER LA GESTIONE DELLA FASE PRE-ANALITICA	2		MEDIA/ALTA	8%
MAZ	Z12011306	SISTEMA DI LAVAGGIO-DECONTAMINAZIONE DI DM DI GRANDI DIM.	1		MEDIA/ALTA	8%
ABH		ABLAZIONE CARDIACA A RADIOFREQUENZE, APPARECCHIO PER	1		MEDIA	7%
EMM		EMOGLOBINOMETRO	4		MEDIA	7%
EVM	Z12059005	EMOVELOCIMETRO	8		MEDIA	7%
ABD	W02050101	IBRIDAZIONE DI ACIDI NUCLEICI, APPARECCHIO PER	3		MEDIA	7%

## RISPOSTA 2.6

Si rinvia alla risposta fornita alla domanda precedente.

\* \* \*

## DOMANDA 3

Considerato che:

- il numero di apparecchiature indicate nell'All. 3.1 LOTTO4 al Capitolato come oggetto del servizio CG per l'ASL CN2 è pari a 200;
- il numero di chiamate annue, pari a 1000, non è correlato al numero di apparecchiature gestite nell'ambito della gara e quindi non è connesso ad attività tecniche all'interno del servizio oggetto di gara;
- per l'ASL CN2 non è previsto servizio PSB.

si chiede di verificare che i valori relativi alle figure professionali e al numero stimato chiamate intervento annue indicate nel file "All\_3 Struttura AS e servizi richiesti", foglio LOTTO4, alla riga ASL CN2 siano corretti.

## RISPOSTA 3

Si confermano i dati forniti e si invita a considerare gli stessi unitamente al numero di P.O. nei quali l'ASL de quo ha richiesto l'attivazione del presidio di cui al punto 6 del Capitolato, alle classi di apparecchiature per le quali ha richiesto i servizi a copertura globale e alla relativa base d'asta.

\* \* \*

## DOMANDA 4.1

Nei file di gara, compaiono le seguenti classi di apparecchiature. Si chiede conferma che tali apparecchiature siano escluse ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato Tecnico "Oggetto e durata dell'appalto" e dell'allegato "All. 2 Apparecchiature alta tecnologia".



PRESIDIO	CATEGORIE	DESCRIZIONE	NUMEROSITA' TOTALE APPARECCHIATURE	APPARECCHIATURE GESTITE CON PACCHETTO SERVIZI BASE	APPARECCHIATURE IN SERVIZIO A COPERTURA GLOBALE
EX ASL TO 1	Categorie Aggiuntive	MAMMOGRAFO DIGITALE	1	1	
EX ASL TO 1	Categorie Aggiuntive	ANGIOGRAFIA DIGITALE, SISTEMA I	1	1	
EX ASL TO 1	Categorie Aggiuntive	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTER	1	1	
EX ASL TO 1	Categorie Aggiuntive	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTER	1	1	
EX ASL TO 2	Categorie Aggiuntive	SISTEMA PER ANGIOGRAFIA DIGITA	3	3	
EX ASL TO 2	Categorie Aggiuntive	STATIVO PER ANGIOGRAFIA	1	1	
EX ASL TO 2	Categorie Aggiuntive	TAVOLO PER ANGIOGRAFIA	5	5	
EX ASL TO 2	Categorie Aggiuntive	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO	4	4	
EX ASL TO 2	Categorie Aggiuntive	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNE	1	1	
ASL TO 3	Standard	TAVOLO PER ANGIOGRAFIA	1		1
ASL TO 4	Categorie Aggiuntive	TAVOLO PER ANGIOGRAFIA	5		5
Ospedale S. Antonio E	standard	SIMULATORE PER RADIOTERAPIA	1		1
Ospedale Cardinal M	standard	SIMULATORE PER RADIOTERAPIA	1		1

#### RISPOSTA 4.1

Si conferma che le apparecchiature sopra elencate sono escluse dalla presente gara.

#### DOMANDA 4.2

Per quanto riguarda l'ASL di Asti si segnala che per le seguenti apparecchiature non è specificato il tipo di servizio richiesto.

CIVAB	CND	DESCRIZIONE	NUMEROSITA' APPARECCHIATURE	SERVIZIO A COPERTURA GLOBALE	INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE	ALIQUOTA INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE
ANS	Z1203010101	ANESTESIA, APPARECCHIO PER	17		MEDIA/ALTA	8%
VAO	Z12030103	VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO	1		MEDIA	7%

#### RISPOSTA 4.2

Si rinvia alla risposta fornita alla domanda 2.5.

#### DOMANDA 4.3

Con riferimento all'allegato "All. 3\_Structura AS e servizi richiesti", non è stimato il valore della manutenzione delle apparecchiature dei servizi a pacchetto dell'ASL di Asti, pertanto risulta che tale servizio non trovi copertura all'interno del canone a base d'asta complessivo.

AZIENDA SANITARIA	Ingegnere clinico senior	Tecnico Biomedico coordinatore	Tecnico Biomedico esperto	Tecnico Biomedico junior	Personale amm.vo	SERVIZI A COPERTURA GLOBALE (CG)/ PACCHETTO SERVIZI BASE (PSB)	SERVICE CENTER	RISORSE SERVICE CENTER DEDICATO	NUMEROSITA' APPARECCHIATURE	INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE SU VALORE DI RINNOVO (BASE ASTA CG)/BASE D'ASTA PSB (importi annui)
ASL AL	1	1	2	1	-	CG	DEDICATO	1	4.500	1.827.921,81
ASL AT	1	-	4	2	-	CG	DEDICATO	1	6.297	2.563.521,00
	-	-	-	-	-	PSB			552	

### RISPOSTA 4.3

Si rinvia all'avviso di rettifica pubblicato in data 21 aprile u.s..

### DOMANDA 4.4

Con riferimento all'allegato "All. 3 \_Struttura AS e servizi richiesti", non è stimato il valore della manutenzione delle apparecchiature del servizio globale dell'ASL TO 3, pertanto risulta che tale servizio non trovi copertura all'interno del canone a base d'asta complessivo.

AZIENDA SANITARIA	Ingegnere clinico senior	Tecnico Biomedico coordinatore	Tecnico Biomedico esperto	Tecnico Biomedico junior	Personale amm.vo	SERVIZI A COPERTURA GLOBALE (CG)/ PACCHETTO SERVIZI BASE (PSB)	SERVICE CENTER	RISORSE SERVICE CENTER DEDICATO	NUMEROSITA' APPARECCHIATURE	INCIDENZA COSTO MANUTENZIONE SU VALORE DI RINNOVO (BASE ASTA CG)/BASE D'ASTA PSB (importi annui)
ASL CITTA' DI TORINO	1	2	4	4	-	CG	DEDICATO	2	10.547	€ 3.848.880,70
	-	-	1	3	1	PSB			4.389	€ 350.000,00
ASL TO3	1	1	4	1	-	CG	DEDICATO	2	6.373	€ 2.600.000,00
ASL TO4	1	2	4	1	-	CG	DEDICATO	1	6.812	€ 2.525.212,42
ASL TO5	-	-	-	-	-	CG	-	-	43	€ 70.010,00
AOU ORBASSANO	-	-	-	-	-	CG	-	-	130	€ 75.795,50

### RISPOSTA 4.4

Non si rileva tale mancanza.

### DOMANDA 4.5

In riferimento ai punti 3 e 4 si chiede pertanto di modificare la base d'asta dei lotti di pertinenza.

### RISPOSTA 4.5

Stante la correttezza delle informazioni fornite, si confermano le basi d'asta.

### DOMANDA 4.6

Per quanto sopra evidenziato, si chiede di voler concedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta di almeno 30 giorni, onde permetterci di potervi presentare un progetto di offerta consono alle Vs. richieste ed esigenze.

### RISPOSTA 4.6

Si confermano i termini indicati nell'avviso di proroga pubblicato in data 17 maggio u.s..

IF/LG

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Adriano LELI

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Testo  
Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 Marzo  
2005 n. 82 e norme collegate)

