



Ai soggetti interessati

**OGGETTO: GARA REGIONALE CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI GUANTI AD USO SANITARIO E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007 E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (gara 79-2018) - CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti, si precisa quanto segue.

**DOMANDA n. 1**

Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

- a) Potete confermare che per la partecipazione alla presente gara non sono previsti requisiti di carattere economico finanziario (come ad esempio fatturato generale o specifico, dichiarazioni bancarie, etc.) e tecnico professionale (come ad esempio elenco delle principali forniture)? Confermate che è richiesto esclusivamente il possesso del requisito di idoneità professionale come indicato al punto 9 del disciplinare di gara?;
- b) Confermate che per la costituzione della cauzione provvisoria non è richiesta l'autentica notarile ma è sufficiente allegare un documento (ad esempio procura) che attesti il potere del sottoscrittore ad impegnare il garante?;
- c) Con riferimento alla documentazione tecnica e più specificatamente al requisito "Conformità alla norma UNI EN ISO 13485/16 "Dispositivi medici – Sistemi di gestione della qualità – Requisiti per scopi regolamentari" richiesto nel modulo Dichiarazione dati tecnici di ogni lotto e nelle caratteristiche tecniche generali comuni indicate al punto 4.1.1 del Capitolato tecnico, la nostra società è certificato UNI EN ISO 13485/12 ed ha appena sostenuto l'audit per la nuova UNI EN ISO 13485/16 ma non ha ancora ottenuto la nuova certificazione. Chiediamo pertanto se possa essere comunque accettata la certificazione alla norma UNI EN 13485/12.

**RISPOSTA n. 1**

- a) Si conferma
- b) Si conferma
- c) In considerazione della data di cessazione della presunzione di conformità della norma UNI EN ISO 13485/12 fissata al 31.03.2019, si conferma la possibilità, ai fini della partecipazione, di presentare predetta documentazione. Ai fini della stipula della Convenzione, verrà in ogni caso richiesto all'aggiudicatario la presentazione della UNI EN ISO 13485/16, unica valida a decorrere dal 31.03.2019.

**S.C.R. PIEMONTE S.p.A.**

Società di Committenza Regione Piemonte  
società per azioni con socio unico  
sede corso Marconi 10 – 10125 Torino  
cap.soc. € 1.120.000,00 i.v.  
rea della CClAA di Torino n. 1077627  
c.f. e p. iva 09740180014 – [www.scr.piemonte.it](http://www.scr.piemonte.it)

**DIREZIONE APPALTI**

tel. +39 011 6548324  
fax +39 011 6599161  
[acquisti@cert.scr.piemonte.it](mailto:acquisti@cert.scr.piemonte.it)  
[appalti@cert.scr.piemonte.it](mailto:appalti@cert.scr.piemonte.it)



**DOMANDA n. 2**

In riferimento ai lotti n. 14, 15, 16 e 17 dove viene richiesto un test di permeazione secondo la EN 374-3 o EN 16523-1 di almeno 10 sostanze chemioterapiche tra cui la carmustina con livello 3, chiediamo se anche in questo test si applica il limite temporale (Data in cui sono state effettuate le prove non antecedenti 2014) previsto nel modulo dichiarazione dati tecnici o se siano accettati test report emessi in data antecedente al 2014.

**RISPOSTA n. 2**

Si conferma, anche per i test di permeazione secondo EN 374-3 o EN 16523-1 non saranno accettate prove con data antecedente al 2014.

**DOMANDA n. 3**

In riferimento al Modello C Dichiarazione offerta economica, si rappresenta come la casella di testo con indicazione NOTA BENE vada a coprire due dichiarazioni ed un ulteriore firma. Potete confermare che tale parte coperta sia un refuso e che pertanto la dichiarazione d'offerta economica termina con una sola firma e la casella di testo "Nota Bene"?

**RISPOSTA n. 3**

Il modello C si compone di 3 pagine. A pag. 2, in calce, è richiesta data luogo e firma. A pag. 3 è presente lo specchietto NOTA BENE.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Adriano LELI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

SCR