

MATERIALI DI CONSUMO E MONOUSO/MONOPAZIENTE ESCLUSI DAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA DI CUI ALL'ART. 5.3.2 DEL CAPITOLATO TECNICO

Materiale monouso e monopaziente

- Circuiti per ventilatore polmonare
- Mascherine
- Linee ematiche per dialisi
- Tubi per pompa peristaltica
- Elettrodi ECG, ecc,
- Manipoli e piastre per elettrobisturi
- Manipoli delle scialitiche
- Altri manipoli
- Sensori per saturimetria
- Trasduttori di pressione
- Linee di infusione
- Gel di accoppiamento
- Pasta conduttrice

Reagenti e kit standard

- Reagenti per analisi di laboratorio
- Tutte le soluzioni a valore noto (ambito analisi di laboratorio) adoperate per la calibrazione degli apparecchi (Kit standard)
- Tutte le soluzioni per la pulizia delle apparecchiature e dei circuiti idraulici delle stesse
- Detersivi e detergenti in genere

Materiali per stampanti

- Carta
- Cartucce e toner
- Carta per registratori, ECG, EEG, ecc.

Materiali per informatica

- CD ROM
- Nastri Magnetici e altri supporti magnetico-ottici (ad esclusione degli hard disk)
- Cartucce
- Dischi ottici

Batterie

- Batterie non ricaricabili in genere, tranne quelle per tutti gli apparecchi di defibrillazione che sono incluse

Parti in vetro

Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es. cuvetta a flusso in vetro speciale per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc.

Ai fini della presente esclusione, **non sono considerati parti in vetro** - e pertanto sono inclusi nel servizio di manutenzione riparativa - i Tubi Radiogeni, fotomoltiplicatori, intensificatori di immagine, cristalli scintillatori, sorgenti luminose (lampadine, led, moduli led scialitiche, ecc..) delle apparecchiature, cavità delle sorgenti laser ecc...