

Spettabile

SCR Piemonte

Corso Marconi 10

10125 Torino TO

Milano, 03 giugno 2020

Oggetto: GARA CENTRALIZZATA PER LA FORNITURA DI SUTURE E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1 LETTERA A) L.R. 19/2007, PER L'AZIENDA VALLE D'AOSTA E PER LE ASL DELLA REGIONE PUGLIA.

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. [REDACTED]

[REDACTED] con la presente, sottoponiamo alla Vs. attenzione le Nostre considerazioni:

TUTTI I LOTTI e relativi sublotti

Considerata la complessità del capitolato e la numerosità delle variabili in atto, chiediamo cortesemente a codesto Ente di poter rivedere, prima della pubblicazione del bando, la rielaborazione del capitolato tecnico che scaturirà dopo i commenti formulati delle varie aziende partecipanti.

Evitare l'esclusione alla partecipazione per mero refuso garantisce una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*) e consentirebbe inoltre di soddisfare appieno l'interesse pubblico sotteso alla gara (ovvero scegliere un dispositivo medico migliore e più appropriato alla tutela della salute dei pazienti).

TUTTI I LOTTI e relativi sublotti

Si chiede di poter includere nell'offerta di tutti i lotti/sub lotti, anche aghi Super rinforzati quando richiesti aghi rinforzati, per consentire alla scrivente azienda di partecipare con la gamma completa richiesta e garantire così una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

TUTTI I LOTTI e relativi sublotti

Si chiede di poter includere nell'offerta di tutti i lotti/sub lotti, dove richiesti "Aghi Taglienti", sia aghi Taglienti INTERNI che ESTERNI.

LOTTO 2

2	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 140 CM
		B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 11 A 26 MM Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 60 mm	FILO CALIBRO DA 0 A 5/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM
		C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM
		D	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 E 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 70/75 A 90 CM
		E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 40 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA DA 150 LOOP

LOTTO 2 Voce A

Per il sub lotto sopraindicato, si chiede di valutare l'estensione del range di lunghezza ago *a partire da 12 mm* per poter consentire alla scrivente azienda di partecipare con la gamma completa richiesta nel sub lotto e garantire così una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

LOTTO 2 Voce B

Per il sub lotto sopraindicato, si chiede di modificare l'attuale descrizione della voce B, "AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 11 A 26 MM" con la dicitura "AGO TAGLIENTE RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 3/8C E 1/2C, LUNGHEZZA DA 11 A 48 MM" per poter consentire alla scrivente azienda di partecipare con la gamma completa richiesta nel sub lotto e garantire così una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

LOTTO 2 Voce C

Per il sub lotto sopraindicato, si chiede di valutare l'estensione del range di lunghezza ago *a partire da 11 mm* per poter consentire alla scrivente azienda di partecipare con la gamma completa richiesta nel sub lotto e garantire così una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

LOTTO 2 Voce D

Informiamo l'ente appaltante, che la scrivente azienda NON presenta a catalogo la combinazione di suture richiesta dalla descrizione del sub lotto D e pertanto è IMPOSSIBILITATA a rispondere al lotto 2.

Si chiede di modificare l'attuale descrizione della voce D, "AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO" con la dicitura "AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O NON RINFORZATO", così da consentire

alla scrivente azienda di rispondere al lotto 2 e garantire una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

Un maggiore accesso ed una più ampia concorrenza tra i possibili partecipanti consentirebbe inoltre di soddisfare appieno l'interesse pubblico sotteso alla gara (ovvero scegliere un dispositivo medico migliore e più appropriato alla tutela della salute dei pazienti).

LOTTO 2 Voce E

Informiamo l'ente appaltante, che la scrivente azienda NON presenta a catalogo la combinazione di suture richiesta dalla descrizione del sub lotto E e pertanto è IMPOSSIBILITATA a rispondere al lotto 2.

Si chiede di modificare l'attuale descrizione della voce E, "AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C" con la dicitura "AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C E/O 5/8C", così da consentire alla scrivente azienda di rispondere al lotto 2 e garantire una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

Un maggiore accesso ed una più ampia concorrenza tra i possibili partecipanti consentirebbe inoltre di soddisfare appieno l'interesse pubblico sotteso alla gara (ovvero scegliere un dispositivo medico migliore e più appropriato alla tutela della salute dei pazienti).

LOTTO 3

3	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE MONOFILAMENTO A LUNGA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO IN 180 - 210 GIORNI	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O SUPER RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 40 A 65 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 0, LUNGHEZZA FILO (LOOP) 150 CM
			B	AGO CILINDRICO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 9 A 13 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 7/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM
			C	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 48 MM	FILO CALIBRO DA 1 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 MM
			D	AGO TAGLIANTE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 19 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 70/75 CM

LOTTO 3 Voce B

Per il sub lotto sopraindicato, si chiede di valutare l'estensione del range di lunghezza filo a partire da 45 cm, per consentire alla scrivente azienda di partecipare con la gamma completa richiesta nel sub lotto e garantire così una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

LOTTO 3 Voce B – CAMPIONATURA RICHIESTA

Per il sub lotto sopraindicato, viene richiesta come campionatura "AGO CILINDRICO NON RINFORZATO DA 26 MM, 1/2C, FILO CALIBRO 3/0 DA 70/75MM". **Chiediamo conferma che trattasi di refuso e la combinazione ago/filo richiesta di campionare rientri nella voce C anziché nella voce B**

LOTTO 4

4	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A MEDIA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA E NON PREMONTATA	A	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 17 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM
		B	AGO TAGLIANTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 48	FILO CALIBRO DA 2 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM
		C	AGO TAGLIANTE PUNTA DI PRECISIONE, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM	FILO CALIBRO DA 3/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 45 CM
		D	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, 3/8C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 90 CM
		E	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 26 A 70 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM
		F	AGO CILINDRICO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 17 MM	FILO CALIBRO DA 5/0 A 6/0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM
		G	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM
		H	AGO CILINDRICO DOPPIO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 31 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM
		I	AGO CILINDRICO PUNTA SMUSSA RINFORZATO E/O NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 26 A 50 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 3/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM
		L		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 PRETAGLIATO, LUNGHEZZA DA 45 A 80 CM
		M		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0 AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA, LUNGHEZZA DA 150 A 250 CM

LOTTO 4 Voce A

Per il sub lotto sopraindicato, si chiede di valutare l'estensione del range di lunghezza ago *sino a 40 mm* per poter consentire alla scrivente azienda di partecipare con la gamma completa richiesta nel sub lotto e garantire così una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

LOTTO 4 Voce F

Per il sub lotto sopraindicato, si chiede di valutare l'estensione del range di lunghezza ago *a partire da 12 mm* e l'estensione del range di lunghezza filo *a partire da 45 cm*, per consentire alla scrivente azienda di partecipare con la gamma completa richiesta nel sub lotto e garantire così una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

LOTTO 4 Voce G

Informiamo l'ente appaltante, che la scrivente azienda NON presenta a catalogo la combinazione di suture richiesta dalla descrizione del sub lotto G e pertanto è IMPOSSIBILITATA a rispondere al lotto 4.

Si chiede di modificare l'attuale descrizione della voce G, "AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO" con la dicitura "AGO CILINDRICO RINFORZATO E/O NON RINFORZATO A DISTACCO CONTROLLATO", così da consentire alla scrivente azienda di rispondere al lotto 4 e garantire una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio e favor participationis*).

Chiediamo inoltre di estendere il range dei calibri a partire dal calibro 3-0 al calibro 2.

Un maggiore accesso ed una più ampia concorrenza tra i possibili partecipanti consentirebbe inoltre di soddisfare appieno l'interesse pubblico sotteso alla gara (ovvero scegliere un dispositivo medico migliore e più appropriato alla tutela della salute dei pazienti).

LOTTO 6

6	SUTURA SINTETICA ASSORBIBILE PLURIFILAMENTO A RAPIDA PERDITA DI RESISTENZA TENSILE PREMONTATA	ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 45 GIORNI	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 5/8C, LUNGHEZZA DA 22 A 48 MM
			B	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 12 A 40 Sara possibile offrire al medesimo prezzo, se disponibile, l'ago tagliente retto da 51 mm (tolleranza più o meno 1 mm)
			C	AGO TAGLIENTE PUNTA DI PRECISIONE, 3/8C, LUNGHEZZA DA 11 A 24 MM
			D	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 45 MM

Informiamo l'ente appaltante, che la scrivente azienda NON risponde pienamente alla descrizione della sutura richiesta nel lotto 6 e pertanto è IMPOSSIBILITATA a rispondere al lotto.

Si chiede di modificare l'attuale descrizione del Lotto, "ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 45 GIORNI" con la dicitura "ASSORBIMENTO COMPLETO ENTRO 50 GIORNI", così da consentire alla scrivente azienda di rispondere al lotto 6 e garantire una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio e favor participationis*).

Un maggiore accesso ed una più ampia concorrenza tra i possibili partecipanti consentirebbe inoltre di soddisfare appieno l'interesse pubblico sotteso alla gara (ovvero scegliere un dispositivo medico migliore e più appropriato alla tutela della salute dei pazienti).

LOTTO 14

14	SUTURA SINTETICA NON ASSORBIBILE IN POLIESTERE PLURIFILAMENTO RIVESTITA PREMONTATA E NON PREMONTATA	A	AGO CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 13 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA 70/75 CM
		B	AGO TAPERCUT RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 17 A 40 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA 70/75 A 90 CM
		C	AGO TAGLIENTE, 3/8C E RETTO, LUNGHEZZA DA 16 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, LUNGHEZZA DA 45 A 70/75 CM
		D	AGO TAGLIENTE RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 22 A 57 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 0, LUNGHEZZA DA 70/75 CM
		E	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 16 A 26 MM	FILO CALIBRO DA 2/0 CON PLEDGET DA 3X6MM O 3X7MM, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO
		F	AGO CILINDRICO DOPPIO E TAPERCUT DOPPIO, 1/2C E 3/8C, LUNGHEZZA DA 13 A 37 MM	FILO CALIBRO DA 2 A 5/0, LUNGHEZZA DA 70/75 A 90 CM BUSTA SINGOLO FILO E MULTIFILO
		G	AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO DOPPIO, 3/8C, LUNGHEZZA DA 75 A 77 MM	FILO CALIBRO DA 5, LUNGHEZZA DA 70/75
		H		FILO CALIBRO DA 2 A 4/0, AVVOLTO SU BOBINA/STELLETTA LUNGHEZZA 250 CM
		I		FILO CALIBRO DA 2/0 A 4/0, PRETAGLIATO, LUNGHEZZA FILO DA 45 A 75 CM

LOTTO 14 Voce F

Per il sub lotto sopraindicato, si chiede di valutare l'estensione del range di lunghezza filo sino a 120 cm, per consentire alla scrivente azienda di partecipare con la gamma completa richiesta nel sub lotto e garantire così una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

LOTTO 14 Voce G

Informiamo l'ente appaltante, che la scrivente azienda NON presenta a catalogo la combinazione di suture richiesta dalla descrizione del lotto 14 voce G e pertanto è IMPOSSIBILITATA a rispondere.

Per il sub lotto sopraindicato, si chiede di modificare l'attuale descrizione "AGO TAGLIENTE RINFORZATO E NON RINFORZATO DOPPIO" con la dicitura "AGO TAGLIENTE RINFORZATO E/O NON RINFORZATO DOPPIO", così da consentire alla scrivente azienda di rispondere al lotto 14 e garantire una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio* e *favor participationis*).

LOTTO 18

18	SUTURA IN ACCIAIO MONOFILAMENTO PREMONTATA		AGO TAGLIENTE E CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO, 1/2C, LUNGHEZZA DA 48 A 60 MM	FILO CALIBRO DA 5 A 7, LUNGHEZZA DA 45 A 75 CM
----	---	--	--	---

LOTTO 18

Informiamo l'ente appaltante, che la scrivente azienda NON presenta a catalogo la combinazione di suture richiesta dalla descrizione del lotto 18 e pertanto è IMPOSSIBILITATA a rispondere.

Si chiede di modificare l'attuale descrizione "AGO TAGLIENTE E CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO" con la dicitura "AGO TAGLIENTE E/O CILINDRICO RINFORZATO E NON RINFORZATO", così da consentire alla scrivente azienda di rispondere al lotto 18 e garantire una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio e favor participationis*).

Un maggiore accesso ed una più ampia concorrenza tra i possibili partecipanti consentirebbe inoltre di soddisfare appieno l'interesse pubblico sotteso alla gara (ovvero scegliere un dispositivo medico migliore e più appropriato alla tutela della salute dei pazienti).

LOTTO 25

25	SUTURE A CAPPIO PREMONTATO CON INTRODUTTORE	PLURIFILAMENTO	A	FILO CALIBRO DA 1 A 2/0, LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM
		MONOFILAMENTO	B	FILO CALIBRO DA 1 A 2/0, LUNGHEZZA DA 45 A 55 CM

LOTTO 25 voce B

Informiamo l'ente appaltante, che la scrivente azienda NON presenta a catalogo la combinazione di suture richiesta dalla descrizione del lotto 25 voce B e pertanto è IMPOSSIBILITATA a rispondere.

Informiamo l'ente appaltante, che la scrivente azienda NON presenta a catalogo una **"sutura a cappio premontato monofilamento"** come da descrizione del sub lotto B e pertanto è IMPOSSIBILITATA a rispondere al lotto 25. Si chiede di valutare l'esclusione del sub lotto B dal lotto 25, così da consentire alla scrivente azienda di rispondere al lotto e garantire una migliore applicazione/operatività dei principi cardine in materia di gare (*par condicio e favor participationis*).

Un maggiore accesso ed una più ampia concorrenza tra i possibili partecipanti consentirebbe inoltre di soddisfare appieno l'interesse pubblico sotteso alla gara (ovvero scegliere un dispositivo medico migliore e più appropriato alla tutela della salute dei pazienti).

In fede,

MEDTRONIC ITALIA SPA

