

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA E PUNTEGGI

LOTTO 3: MICROINFUSORE PER INSULINA CON CATETERE, NON ASSOCIATO A MONITORAGGIO GLICEMICO CONTINUO.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	sub-PUNTEGGIO	M.A.P. (metodo di attribuzione punteggio)	Valutazione
1	Profili programmabili	6,00	1.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue: - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 2 - 2 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 3-8 - 4 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 9-14 - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari o superiori a 15	6,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
2	Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo	6,00	2.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue: - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 12 - 2 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 13-18 - 4 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 19-23 - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari o superiori a 24	6,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
3	Velocità minima basale	6,00	3.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue: - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con velocità minima basale superiore a 0,100 UI - 2 punti all’offerta che proponga un sistema con velocità minima basale tra 0,075 e 0,100 UI - 4 punti all’offerta che proponga un sistema con velocità minima basale tra 0,050 a 0,074 UI - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con velocità minima basale inferiore a 0,050 UI	6,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
4	Presenza di diverse tipologie del set di infusione	17,00	4.1	Durata del set infusivo comprensivo della cannula superiore a tre giorni	8,00	TABELLARE (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
			4.2	Presenza di cannule con diverse lunghezze (es. 6 e 9 mm)	3,00		
			4.3	Presenza di cannule con diversi materiali (es. teflon e acciaio)	3,00		
			4.4	Presenza di cannule con diverso angolo di inserzione (es. 30° e 90°)	3,00		
5	Usabilità	8,00	5.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche del dispositivo, con preferenza per il sistema più leggero e di minori dimensioni, con interfaccia più intuitiva	8,00	* DISCREZIONALE	Relazione tecnica prodotta in sede di offerta
6	Capienza del serbatoio (in UI di insulina U100)	6,00	6.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche del serbatoio, come segue: - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con capienza massima pari o inferiore a 180 UI - 3 punti all’offerta che proponga un sistema con capienza massima compresa tra 181-299 UI - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con capienza massima pari o superiore a 300 UI	6,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
7	Compatibilità con cartucce pre-riempite	3,00	7.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base della compatibilità dello strumento con le cartucce di insulina di analogo rapido pre-riempite	3,00	TABELLARE (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
8	Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente pubblicati su riviste indicizzate su PubMed o sistema ISI (se non sono PubMed o ISI non verranno considerati pertanto si raccomanda di non produrli)	8,00	8.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base della letteratura specifica, come segue: - 0 punti all’offerta che proponga un sistema non corredato da pubblicazioni - 2 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 1-5 pubblicazioni - 4 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 6-10 pubblicazioni - 6 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 11-20 pubblicazioni - 8 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 21 o più pubblicazioni	8,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta (Letteratura)
9	Assistenza tecnica full-service (rif. art.9 Capitolato)	5,00	9.1	Il punteggio verrà attribuito valutando con preferenza: - la minor durata possibile degli interventi per sostituzione/assistenza in caso di guasto rispetto ai termini previsti all'art. 9 del Capitolato (max 48/72 ore lavorative) - altri eventuali servizi aggiuntivi proposti	5,00	* DISCREZIONALE	Relazione tecnica prodotta in sede di offerta
10	Piano di formazione ed addestramento del personale sanitario all'utilizzo dei dispositivi (rif. art. 10 Capitolato)	3,00	10.1	Il punteggio verrà attribuito valutando con preferenza: - corsi di formazione del personale sanitario - affidamento di pompa adibita a muletto per eventuali prove ed istruzione dei pazienti	3,00	* DISCREZIONALE	Relazione prodotta in sede di offerta
11	Piattaforme di scarico dati	2,00	11.1	Piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma	2,00	* DISCREZIONALE	Relazione tecnica prodotta in sede di offerta

TOTALE PUNTI:	70	70
---------------	----	----

SOGLIA DI SBARRAMENTO COMPLESSIVA: 36/70

* DISCREZIONALE	Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari secondo la seguente scala di giudizi: Ottimo: V(a)i =1,00 Buono: V(a)i =0,75 Discreto: V(a)i =0,50 Sufficiente: V(a)i =0,25 Insufficiente V(a)i = 0,00
-----------------	---