

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA E PUNTEGGI

LOTTO 6: SISTEMA DI MONITORAGGIO GLICEMICO IN CONTINUO NON IMPIANTABILE.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	sub-PUNTEGGIO	M.A.P. (metodo di attribuzione punteggio)	Valutazione
1	Accuratezza del sensore (misurata attraverso la griglia di CLARKE)	8,00	1.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base della percentuale di valori nella zona A (per glicemie comprese tra 40 e 400 mg/dl) come segue: - 8 punti all'offerta con valore medio tra paziente adulto e pediatrico più elevato - 0 punti all'offerta con valore medio tra paziente adulto e pediatrico più basso - i restanti punteggi verranno attribuiti proporzionalmente all'offerta con valore medio tra paziente adulto e pediatrico più elevato applicando la seguente formula: [8/(valore % più elevato -valore % più basso)] x (valore % offerto - valore % più basso)	8,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
2	Presenza di allarmi per l'ipoglicemia e l'iperglicemia	12,00	2.1	Il punteggio sarà attribuito come segue: - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con allarmi a soglia per l'ipoglicemia e l'iperglicemia - 3 punti all’offerta che proponga un sistema con allarmi predittivi per la sola ipoglicemia - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con allarmi predittivi per l'ipoglicemia e l'iperglicemia	6,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
			2.2	Il punteggio sarà attribuito in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per ipoglicemia.	2,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
			2.3	Il punteggio sarà attribuito in caso di possibilità di personalizzazione della soglia di allarme per iperglicemia.	2,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
			2.4	Il punteggio sarà attribuito in caso di possibilità di personalizzazione del tempo di predizione per gli allarmi di ipoglicemia	2,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
3	Durata della sessione del CGM	6,00	3.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche della componente CGM, come segue: - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con durata della singola sessione pari o inferiore a 7 (sette) giorni - 3 punti all’offerta che proponga un sistema con durata della singola sessione compresa tra 8 (otto) e 13 (tredici) giorni - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con durata della singola sessione pari o superiore a 14 (quattordici) giorni	6,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
4	Necessità di calibrazioni del CGM	8,00	4.1	Il punteggio sarà attribuito come segue: - 0 punti all'offerta che proponga un sistema che necessiti di 2 (due) o più calibrazioni con glicemia capillare al giorno - 4 punti all’offerta che proponga un sistema che necessiti di 1 (una) calibrazione con glicemia capillare al giorno - 8 punti all’offerta che proponga un sistema che non necessiti di calibrazioni con glicemia capillare	8,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
5	Resistenza all'acqua	3,00	5.1	Il punteggio sarà attribuito valutando la resistenza all’acqua del trasmettitore espressa secondo la certificazione internazionale IP, attribuendo un maggior punteggio al sistema che propone il valore più elevato.	3,00	* DISCREZIONALE	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
6	Condivisione in tempo reale	2,00	6.1	Il punteggio sarà attribuito all'offerta che presenti la possibilità di condivisione in tempo reale del dato glicemico, trend, avvisi e allarmi in remoto (es. con caregiver, servizio di diabetologia...).	2,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
7	Sincronizzazione automatica	2,00	7.1	Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consentirà la sincronizzazione automatica (i.e. senza intervento dell’utente) dei dati con piattaforma digitale, con frequenza almeno quotidiana.	2,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
8	Soluzione informatica	3,00	8.1	Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consenta, oltre allo scarico dati, anche analisi statistiche (i.e. AGP o equivalenti, metriche TIR, TBR, TAR su 5 intervalli, CV, SD, GMI).	3,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
9	Inserimento eventi	3,00	9.1	Il punteggio sarà attribuito all'offerta che permetta la possibilità di inserire nel ricevitore/app eventi visualizzabili sulla piattaforma di scarico dati (es. terapia, carboidrati, attività fisica).	3,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
10	Lettura del dato in tempo reale	6,00	10.1	Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consenta la lettura del dato su app certificata, sia per sistema IOS che Android.	2,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
			10.2	Il punteggio sarà attribuito all'offerta che offra un ricevitore per la lettura del dato.	4,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
11	Memoria dati del trasmettitore	2,00	11.1	Il punteggio sarà attribuito all'offerta che consentirà di conservare nella memoria del trasmettitore i dati in caso di disconnessione e successivo invio al sistema di ricezione.	2,00	Tabellare (On/Off)	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta ed eventuale verifica sulla campionatura
12	Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente pubblicati su riviste indicizzate su PubMed o sistema ISI (se non sono PubMed o ISI non verranno considerati pertanto si raccomanda di non produrli)	8,00	12.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base della letteratura specifica, come segue: - 0 punti all’offerta che proponga un sistema non corredato da pubblicazioni - 2 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 1-5 pubblicazioni - 4 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 6-10 pubblicazioni - 6 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 11-20 pubblicazioni - 8 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 21 o più pubblicazioni	8,00	QUANTITATIVO	Documentazione tecnica prodotta in sede di offerta (Letteratura)
13	Assistenza tecnica full-service (rif. art.9 Capitolato)	3,00	13.1	Il punteggio verrà attribuito valutando con preferenza: - la minor durata possibile degli interventi per sostituzione/assistenza in caso di guasto rispetto ai termini previsti all'art. 9 del Capitolato (max 48/72 ore lavorative) - altri eventuali servizi aggiuntivi proposti	3,00	* DISCREZIONALE	Relazione tecnica prodotta in sede di offerta
14	Piano di formazione ed addestramento del personale sanitario all'utilizzo dei dispositivi (rif. art. 10 Capitolato)	2,00	14.1	Il punteggio verrà attribuito valutando corsi di formazione del personale sanitario	2,00	* DISCREZIONALE	Relazione prodotta in sede di offerta
15	Piattaforme di scarico dati	2,00	15.1	Piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma	2,00	* DISCREZIONALE	Relazione tecnica prodotta in sede di offerta

TOTALE PUNTI:	70	70
---------------	----	----

SOGLIA DI SBARRAMENTO COMPLESSIVA: 36/70

* DISCREZIONALE	Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari secondo la seguente scala di giudizi: Ottimo: V(a)i =1,00 Buono: V(a)i =0,75 Discreto: V(a)i =0,50 Sufficiente: V(a)i =0,25 Insufficiente V(a)i = 0,00
-----------------	---