

Punteggio Tecnico: 70/100

Allegato C: Dichiarazione per Valutazione Tecnica (criteri con M.A.P. Quantitativo e Tabellare)

LOTTO 3: MICROINFUSORE PER INSULINA CON CATETERE, NON ASSOCIATO A MONITORAGGIO GLICEMICO CONTINUO.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	sub-PUNTEGGIO	M.A.P. (metodo di attribuzione punteggio)	PUNTEGGIO che il concorrente ritiene di conseguire:
1	Profili programmabili	6,00	1.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue:  - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 2 - 2 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 3-8 - 4 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 9-14 - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari o superiori a 15	6,00	QUANTITATIVO	
2	Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo	6,00	2.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue:  - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 12 - 2 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 13-18 - 4 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 19-23 - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con numero di profili pari o superiori a 24	6,00	QUANTITATIVO	
3	Velocità minima basale	6,00	3.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue:  - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con velocità minima basale superiore a 0,100 UI - 2 punti all’offerta che proponga un sistema con velocità minima basale tra 0,075 e 0,100 UI - 4 punti all’offerta che proponga un sistema con velocità minima basale tra 0,050 a 0,074 UI - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con velocità minima basale inferiore a 0,050 UI	6,00	QUANTITATIVO	
4	Presenza di diverse tipologie del set di infusione	17,00	4.1	Durata del set infusivo comprensivo della cannula superiore a tre giorni	8,00	TABELLARE (On/Off)	
			4.2	Presenza di cannule con diverse lunghezze (es. 6 e 9 mm)	3,00		
			4.3	Presenza di cannule con diversi materiali (es. teflon e acciaio)	3,00		
			4.4	Presenza di cannule con diverso angolo di inserzione (es. 30° e 90°)	3,00		
5	Usabilità	8,00	5.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche del dispositivo, con preferenza per il sistema più leggero e di minori dimensioni, con interfaccia più intuitiva	8,00	* DISCREZIONALE	
6	Capienza del serbatoio (in UI di insulina U100)	6,00	6.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche del serbatoio, come segue:  - 0 punti all’offerta che proponga un sistema con capienza massima pari o inferiore a 180 UI - 3 punti all’offerta che proponga un sistema con capienza massima compresa tra 181-299 UI - 6 punti all’offerta che proponga un sistema con capienza massima pari o superiore a 300 UI	6,00	QUANTITATIVO	
7	Compatibilità con cartucce pre-riempite	3,00	7.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base della compatibilità dello strumento con le cartucce di insulina di analogo rapido pre-riempite	3,00	TABELLARE (On/Off)	
8	Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente pubblicati su riviste indicizzate su PubMed o sistema ISI  (se non sono PubMed o ISI non verranno considerati pertanto si raccomanda di non produrli)	8,00	8.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base della letteratura specifica, come segue:  - 0 punti all’offerta che proponga un sistema non corredato da pubblicazioni - 2 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 1-5 pubblicazioni - 4 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 6-10 pubblicazioni - 6 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 11-20 pubblicazioni - 8 punti all’offerta che proponga un sistema corredato da 21 o più pubblicazioni	8,00	QUANTITATIVO	
9	Assistenza tecnica full-service (rif. art.9 Capitolato)	5,00	9.1	Il punteggio verrà attribuito valutando con preferenza:  - la minor durata possibile degli interventi per sostituzione/assistenza in caso di guasto rispetto ai termini previsti all'art. 9 del Capitolato (max 48/72 ore lavorative) - altri eventuali servizi aggiuntivi proposti	5,00	* DISCREZIONALE	
10	Piano di formazione ed addestramento del personale sanitario all'utilizzo dei dispositivi (rif. art. 10 Capitolato)	3,00	10.1	Il punteggio verrà attribuito valutando con preferenza:  - corsi di formazione del personale sanitario - affidamento di pompa adibita a muletto per eventuali prove ed istruzione dei pazienti	3,00	* DISCREZIONALE	
11	Piattaforme di scarico dati	2,00	11.1	Piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma	2,00	* DISCREZIONALE	

TOTALE PUNTI:	70	70	
---------------	----	----	--

N.B.	Il presente Allegato (da produrre in sede di Documentazione tecnica di gara) è richiesto unicamente ai fini di una comparazione istruttoria tra i punteggi/sub-punteggi Quantitativi/Tabellari attribuiti dalla Commissione giudicatrice e quanto risultante dalla Documentazione tecnica prodotta in relazione al Lotto di partecipazione. Pertanto i punteggi/sub-punteggi sopra indicati dal Soggetto concorrente non sono assolutamente vincolanti, rientrando nella discrezionalità della Commissione giudicatrice l'attribuzione degli stessi in base alla valutazione tecnica effettuata.
------	---