

Allegato C: Dichiarazione per Valutazione Tecnica (criteri con M.A.P. Quantitativo e Tabellare)

LOTTO 4: MICROINFUSORE PER INSULINA SENZA CATETERE (PATCH PUMP) NON ASSOCIATO A MONITORAGGIO GLICEMICO CONTINUO.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	sub-PUNTEGGIO	M.A.P. (metodo di attribuzione punteggio)	PUNTEGGIO che il concorrente ritiene di conseguire:
1	Profili programmabili	6,00	1.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue: - 0 punti all'offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 2 - 2 punti all'offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 3-8 - 4 punti all'offerta che proponga un sistema con numero di profili pari a 9-14 - 6 punti all'offerta che proponga un sistema con numero di profili pari o superiori a 15	6,00	QUANTITATIVO	
2	Numero di segmenti impostabili per ciascun profilo	6,00	2.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue: - 0 punti all'offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 12 - 2 punti all'offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 13-18 - 4 punti all'offerta che proponga un sistema con numero di segmenti pari a 19-23 - 6 punti all'offerta che proponga un sistema con numero di profili pari o superiori a 24	6,00	QUANTITATIVO	
3	Velocità minima basale	6,00	3.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche tecniche del sistema, come segue: - 0 punti all'offerta che proponga un sistema con velocità minima basale superiore a 0,100 UI - 2 punti all'offerta che proponga un sistema con velocità minima basale tra 0,075 e 0,100 UI - 4 punti all'offerta che proponga un sistema con velocità minima basale tra 0,050 a 0,074 UI - 6 punti all'offerta che proponga un sistema con velocità minima basale inferiore a 0,050 UI	6,00	QUANTITATIVO	
4	Presenza di diverse tipologie del set di infusione	12,00	4.1	Durata del set infusivo comprensivo della cannula superiore a tre giorni	6,00	TABELLARE (On/Off)	
			4.2	Presenza di cannule con diverse lunghezze (es. 6 e 9 mm)	2,00		
			4.3	Presenza di cannule con diversi materiali (es. teflon e acciaio)	2,00		
			4.4	Presenza di cannule con diverso angolo di inserzione (es. 30° e 90°)	2,00		
5	Usabilità	8,00	5.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche del dispositivo, con preferenza per il sistema più leggero e di minori dimensioni, con interfaccia più intuitiva	8,00	* DISCREZIONALE	
6	Capienza del serbatoio (in UI di insulina U100)	6,00	6.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base delle caratteristiche del serbatoio, come segue: - 0 punti all'offerta che proponga un sistema con capienza massima pari o inferiore a 180 UI - 3 punti all'offerta che proponga un sistema con capienza massima compresa tra 181-299 UI - 6 punti all'offerta che proponga un sistema con capienza massima pari o superiore a 300 UI	6,00	QUANTITATIVO	
7	Resistenza all'acqua	8,00	7.1	Il punteggio sarà attribuito valutando la resistenza all'acqua della pompa espressa secondo la certificazione internazionale IP, attribuendo un maggior punteggio al sistema che propone il valore più elevato.	8,00	* DISCREZIONALE	
8	Presenza di studi valutativi su sicurezza, efficacia e grado di soddisfazione del paziente pubblicati su riviste indicizzate su PubMed o sistema ISI (se non sono PubMed o ISI non verranno considerati pertanto si raccomanda di non produrli)	8,00	8.1	Il punteggio sarà attribuito sulla base della letteratura specifica, come segue: - 0 punti all'offerta che proponga un sistema non corredato da pubblicazioni - 2 punti all'offerta che proponga un sistema corredato da 1-5 pubblicazioni - 4 punti all'offerta che proponga un sistema corredato da 6-10 pubblicazioni - 6 punti all'offerta che proponga un sistema corredato da 11-20 pubblicazioni - 8 punti all'offerta che proponga un sistema corredato da 21 o più pubblicazioni	8,00	QUANTITATIVO	
9	Assistenza tecnica full-service (rif. art.9 Capitolato)	5,00	9.1	Il punteggio verrà attribuito valutando con preferenza: - la minor durata possibile degli interventi per sostituzione/assistenza in caso di guasto rispetto ai termini previsti all'art. 9 del Capitolato (max 48/72 ore lavorative) - altri eventuali servizi aggiuntivi proposti	5,00	* DISCREZIONALE	
10	Piano di formazione ed addestramento del personale sanitario all'utilizzo dei dispositivi (rif. art. 10 Capitolato)	3,00	10.1	Il punteggio verrà attribuito valutando con preferenza: - corsi di formazione del personale sanitario - affidamento di pompa adibita a muletto per eventuali prove ed istruzione dei pazienti	3,00	* DISCREZIONALE	
11	Piattaforme di scarico dati	2,00	11.1	Piattaforme offline ed online per lo scarico dei dati, con compatibilità multi-sistema e multi-piattaforma	2,00	* DISCREZIONALE	

TOTALE PUNTI:	70	70	
---------------	----	----	--

N.B.	Il presente Allegato (da produrre in sede di Documentazione tecnica di gara) è richiesto unicamente ai fini di una comparazione istruttoria tra i punteggi/sub-punteggi Quantitativi/Tabellari attribuiti dalla Commissione giudicatrice e quanto risultante dalla Documentazione tecnica prodotta in relazione al Lotto di partecipazione. Pertanto i punteggi/sub-punteggi sopra indicati dal Soggetto concorrente non sono assolutamente vincolanti, rientrando nella discrezionalità della Commissione giudicatrice l'attribuzione degli stessi in base alla valutazione tecnica effettuata.
------	---