

Torino, lì 01/08/2011

Ai soggetti interessati

Prot. n. 3755

Oggetto: Fornitura di suturatrici meccaniche per chirurgia aperta e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i. (gara 4-2011).
CHIARIMENTI.

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

Con riferimento a quanto in oggetto, considerato che:

- i prodotti oggetto di fornitura sono spesso distinti e identificati nei singoli lotti del vostro capitolato tecnico per una misura dimensionale espressa in millimetri (di diametro o lunghezza), applicata ad una tipologia di strumenti monouso prodotti in materiali plastici, pur di grado medicinale, per definizione soggetti a gradi di tolleranza nei lotti di produzione;
- anche nell'ultima recente procedura aperta per la fornitura di suturatici meccaniche monouso di Area sovrazonale NO(Del. 169 del 17/02/2010) veniva opportunamente indicata una tolleranza (+/-5%) rispetto alle dimensioni identificative del device richiesto,

si chiede all'Ente Appaltante SCR Piemonte S.p.A. di esprimere quale tolleranza viene ammessa nella procedura in oggetto rispetto a tutte le misure dimensionali indicate, al fine di eliminare preventivamente eventuali contestazioni e richieste di verifica basate su decimali di millimetri, e per garantire al Vs. Ente la più ampia pluralità di offerte tecnicamente congrue in un range definito di dimensioni, lasciando poi alla Commissione tecnica incaricata la libertà di espressione di giudizio qualitativo su un più largo numero di alternative.

Si precisa quanto segue:

Si sottolinea che, nell'esercizio della propria discrezionalità, questa amministrazione, come già altre prima, ha utilizzato una modalità di descrizione dei materiali che ha portato ad un abbandono dell'utilizzo dei range di tolleranza e la loro sostituzione con misure precise.

Ciò premesso, esclusivamente per i lotti 10 e 11 è possibile ridefinire con un range di tolleranza la misura della linea di sutura, e nello specifico:

- lotto 10: la lunghezza della linea di sutura è compresa tra 30 e 32mm
- lotto 11: la lunghezza della linea di sutura è compresa tra 45 e 47mm.

In ogni caso, per la valutazione delle dimensioni verranno prese in considerazione le misure espresse nella documentazione tecnica presentata.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Leli

SCR