

Ai soggetti interessati

Torino, lì 29/07/2011

Prot. n. 3751

Oggetto: Fornitura di suturatrici meccaniche per chirurgia aperta e servizi connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i. (gara 4-2011). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

In riferimento alla gara in oggetto, si richiede di specificare al criterio della versatilità quali siano le "varie situazioni tecniche" a cui i dispositivi offerti debbano provare/dimostrare "capacità di adattamento".

Si riporta qui di seguito il criterio in versione integrale:

Versatilità: intesa anche come capacità di adattamento del dispositivo alle varie situazioni tecniche che si possono presentare. 10 PUNTI. (Specifica presente nei criteri Valutativi)

Si precisa quanto segue:

La molteplicità di situazioni tecniche che si possono verificare ne rende impossibile una rigida individuazione a priori. Si fornisce di seguito, in ogni caso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di differenti situazioni tecniche nelle quali i dispositivi debbono dimostrare capacità di adattamento:

1. diversi spessori di tessuto da suturare
2. diversa elasticità e consistenza dei tessuti da suturare
3. scorrimento del device in situazioni difficili
4. scorrimento in vari tessuti
5. chiusura facile in varie situazioni di introduzione
6. compressione con presa sicura in diversi tessuti

In merito al quesito n. 2:

Più precisamente, in relazione alla documentazione amministrativa,

1. si chiede di rivalutare la parte del capitolato relativo al rilascio della dichiarazione di non versare nella fattispecie di cui all'art. 32 quater c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle Imprese, incapacità di contrarre con la p.a.) nel punto in cui è richiesto che ciascun amm.re dotato del potere di rappresentanza attesti di non versare in tale stato. Tale dichiarazione, non riguardando uno stato/qualità della persona fisica, ma essendo riferita ad una qualità dell'impresa/persona giuridica, in linea con quanto stabilito dal Decreto Legislativo 163/06, deve essere rilasciata da uno solo dei procuratori dotato dei poteri di rappresentanza e non anche da ogni singolo amm.re.
2. si chiede altresì di confermare che è corretto presentare l'elenco delle principali forniture prestate negli ultimi 3 anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, relativo all'oggetto di gara e che nel caso di comprova del requisito, la Scrivente dovrà fornire a Codesta Spettabile Amministrazione le attestazioni rilasciate dagli Enti di cui il fatturato dichiarato in sede di gara costituisce una quota parte.
3. Infine, in merito alle referenze scientifiche si chiede di confermare che possano essere allegate in lingua originale e quindi prive della traduzione allegata.

Si precisa quanto segue:

1. Si conferma quanto previsto all'articolo 12 lettera D) del disciplinare di gara.
2. Si conferma quanto da Voi indicato precisando che le forniture nel settore oggetto della gara dovranno essere in favore di almeno tre soggetti pubblici e/o privati.
3. Le referenze scientifiche possono essere allegate in lingua inglese o in lingua italiana. In caso di lingua originale diversa da quelle indicate, sarà necessario allegare una traduzione indifferentemente in lingua inglese o in lingua italiana.

In merito al quesito n. 3:

Requisiti amministrativi di partecipazione (Art. 12 – punto E-2) – Documenti amministrativa):

di aver espletato forniture nel settore oggetto di gara in favore di almeno tre soggetti pubblici e/o privati con indicazione dell'oggetto di fornitura e importo e data da comprovare con certificazioni: al fine di individuare il settore oggetto di gara ammesso, si può prendere in considerazione l'intero Gruppo H – DISPOSITIVI DA SUTURA della Classificazione CND del Ministero della Sanità?

oppure, in caso negativo al precedente punto, sempre con riferimento alla Classificazione CND del Ministero della Sanità, qual è il Gruppo da prendere in considerazione?

Si precisa quanto segue:

In relazione alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici, il ramo corretto da prendere in considerazione al fine di individuare il settore oggetto di gara è quello avente il Codice H02 con descrizione “Suturatici meccaniche”.

In merito al quesito n. 4:

1. se per il lotto 2 è possibile offrire prezzi differenti per i 2 prodotti offerti ovvero debba essere indicato un solo prezzo per entrambi i codici
2. se per i lotti 7-8 la lama debba essere necessariamente integrata nel caricatore o, se tale lama possa essere integrata nella suturatrice
3. In relazione al lotto 9 si evidenzia che, in base alle nostre conoscenze, la descrizione del prodotto, così come formulata, limita fortemente la concorrenza impedendo alla Scrivente di rispondere al lotto in questione, pertanto si chiede di rivedere la descrizione tecnica di tale lotto

Si precisa quanto segue:

1. Come indicato all'articolo 15 del disciplinare di gara non sono ammesse offerte plurime.
2. La lama deve essere necessariamente integrata nel caricatore
3. A rettifica di quanto descritto nel lotto 9, la frase “con lama integrata nel caricatore” viene eliminata

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano LELI