

Torino, lì 02/09/2011

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4489

Oggetto: Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007 (gara 7-2011). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

In relazione alla campionatura:

- A) Lotto n. 20: questo lotto è composto da misure differenti, occorre solamente campionare la misura 25G 250mm 20pz?
- B) Lotto n. 35: sono richiesti 10pz di campionatura di aghi per biopsia cutanea 4/6mm, ma s'intende 5pz con diametro 4mm e 5pz con diametro 6mm oppure si accettano anche 10pz di un unico diametro?

Si precisa quanto segue:

- A) Il lotto n. 20, come indicato nel Capitolato Tecnico, del quale si riporta un estratto, è composto da un unico prodotto con un'unica misura. Pertanto è corretto aver richiesto la campionatura della sola misura 25G x 25mm.

MISURE RICHIESTE:

Lotto 19: da 18G a 27G x 38/40, 75, 88/90 mm circa punta Quincke

Lotto 20: 25G x 25 mm circa punta Quincke

Lotto 21: 22G x 127 mm circa punta Quincke
22G x 175 mm circa punta Quincke
22G x 120 mm circa punta Quincke
25G x 119 mm circa punta Quincke
da 18G a 20G x 150mm circa punta Quincke

- B) I Fornitori potranno, a propria discrezione, presentare 10 pz di un'unica misura, oppure 5 pz con diametro 4mm e 5pz con diametro 6mm.

In merito al quesito n. 2:

- A) Per alcune siringhe (es. lotto 37 e 38) indicate “cono centrale/eccentrico”. Dobbiamo offrire entrambi i prodotti oppure uno dei due?
- B) Relativamente ai lotti n. 52 e 53 Vi chiediamo cosa intendete per deflussori ad una via e a due vie. Potete specificare le caratteristiche tecniche richieste?

Si precisa quanto segue:

- A) I Fornitori dovranno disporre di entrambi i prodotti che dovranno essere offerti al medesimo prezzo.
- B) In relazione alle caratteristiche tecniche dei deflussori, si rinvia a quanto dettagliato per i lotti n. 52 e n. 53 nel Capitolato Tecnico.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Leli