

Torino, lì 16/09/2011

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4799

**Oggetto:** Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007 (gara 7-2011). Bando di gara n. 2011/S 160-264242 del 23/08/2011

### AVVISO DI RETTIFICA

A rettifica di quanto riportato al punto 4.2c “Specifiche tecniche del materiale oggetto della fornitura”, nella sezione dedicata al “**LOTTO 42 - SIRINGHE MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO CON AGO E CON SISTEMA DI SICUREZZA**” del Capitolato Tecnico, si precisa quanto segue:

anziché

Caratteristiche:

**TIPOLOGIE E MISURE RICHIESTE:**

[omissis]

per insulina 50 U.I./0,5 ml – ago 28G e 29G x 12,7/13 mm circa senza spazio morto

[omissis]

leggasi

**TIPOLOGIE E MISURE RICHIESTE:**

[omissis]

per insulina 50 U.I./0,5 ml – ago 28/29G x 12,7/13 mm circa senza spazio morto

[omissis]

A rettifica di quanto riportato al punto 4.2c “Specifiche tecniche del materiale oggetto della fornitura”, nella sezione dedicata al “**LOTTO 38 - SIRINGHE CONO LUER MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA AGO**” del Capitolato Tecnico, si precisa quanto segue:

anziché

**TIPOLOGIE E MISURE RICHIESTE:**

cono centrale/eccentrico ml 2,5/3

cono centrale/eccentrico ml 5

[omissis]

leggasi

**TIPOLOGIE E MISURE RICHIESTE:**

cono centrale ml 2,5/3

cono centrale ml 5

[omissis]

A rettifica di quanto riportato al punto 4.2c “Specifiche tecniche del materiale oggetto della fornitura”, nella sezione dedicata al “**LOTTI 39, 40 E 41 - SIRINGHE MONOUSO PER INIEZIONE E PRELIEVO SENZA AGO CON ATTACCO LUER-LOCK**” del Capitolato Tecnico, si precisa quanto segue:

anziché

**TIPOLOGIE E MISURE RICHIESTE:**

**Lotto 39:** cono centrale luer lock ml 1  
cono centrale luer lock ml 2,5/3  
cono centrale luer lock ml 5  
cono centrale luer lock ml 10/12  
cono centrale luer lock ml 20  
cono centrale luer lock ml 30  
cono centrale luer lock ml 50/60

[omissis]

leggasi

**TIPOLOGIE E MISURE RICHIESTE:**

**Lotto 39:** cono centrale luer lock ml 2,5/3  
cono centrale luer lock ml 5  
cono centrale luer lock ml 10/12  
cono centrale luer lock ml 20  
cono centrale luer lock ml 30  
cono centrale luer lock ml 50/60

[omissis]

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Adriano Leli