

Torino, lì 20/09/2011

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4874

**Oggetto:** Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007 (gara 7-2011). Bando di gara n. 2011/S 160-264242 del 23/08/2011

### **AVVISO DI RETTIFICA**

**A rettifica di quanto riportato al punto 4.1b “Confezionamenti” del Capitolato Tecnico, si precisa quanto segue:**

#### **anziché**

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Sulla confezione primaria devono apparire immediatamente decifrabili:

- la descrizione in italiano dell'ago;
- le misure espresse in gauge (G), in millimetri ed in numero convenzionale;

*[omissis]*

#### **leggasi**

Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un'utilizzazione corretta e sicura del dispositivo.

Sulla confezione primaria devono apparire immediatamente decifrabili:

- la descrizione in italiano dell'ago;
- le misure espresse in gauge (G), in millimetri e, preferibilmente, in numero convenzionale;

*[omissis]*

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Adriano Leli