

Torino, lì 20/09/2011

Ai soggetti interessati

Prot. n. 4882

Oggetto: Fornitura di aghi, siringhe, deflussori e la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. 19/2007 (gara 7-2011). **CHIARIMENTI.**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito n. 1:

In riferimento al Capitolato Tecnico più precisamente al Lotto n. 18 al punto CONO DI CONNESSIONE si conferma che si intende cono di connessione l'attacco laterale a Y?

Si precisa quanto segue:

Per "cono di connessione" descritto al lotto 18 non di intende l'attacco laterale a y. Il cono di connessione è quel tappino trasparente con attacco luer lock in linea con il dispositivo di infusione.

In merito al quesito n. 2:

E' possibile avere una descrizione più dettagliata del prodotto richiesto al lotto 61, perché la descrizione riportata in capitolato è generica.

Si precisa quanto segue:

Non si ritiene opportuno aggiungere ulteriori precisazioni alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico in relazione ai deflussori per artroscopia di cui al lotto 61, ciò al fine di non limitare la concorrenza. Tutte le caratteristiche offerte saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice nel rispetto dei criteri di valutazione fissati.

In merito al quesito n. 3:

In riferimento ai Lotti 9, 10 e 11 – AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA e alla dicitura: "Dotato di attacco luer-lock rigido e trasparente, con tappo di chiusura a tenuta perfetta", si chiede cortesemente di voler integrare la dicitura-caratteristica "trasparente" con una

più ampia descrizione quale “trasparente / opaco / traslucido”, o in alternativa togliere la dicitura “trasparente” consentendo a tutti di proporre il proprio prodotto.

La disponibilità attuale del mercato prevede dispositivi con attacco cono femmina sia trasparente che opaco, tra cui il prodotto da noi proposto.

La scelta di utilizzo di materiali opachi deriva dal fatto che si ritiene possa essere garantita una miglior connessione con il raccordo luer maschio dei dispositivi abbinabili.

La trasparenza del cono di raccordo, nell’ago a farfalla, non è determinante per verificare la presenza in vena dello stesso, in quanto la verifica visiva del corretto posizionamento è già garantita dalla trasparenza del tubicino – catetere (20/30 cm) subito a valle dell’ago di acciaio; il fatto che il cono femmina del raccordo luer-lock sia o meno trasparente diventa ininfluente.

Si precisa quanto segue:

Si conferma la caratteristica descritta nel Capitolato Tecnico.

In merito al quesito n. 4:

Nella Busta contenente la Documentazione Amministrativa, Allegato 1-Punto 28 (forniture analoghe) l’importo delle forniture analoghe a quelle richieste in gara (nel nostro caso di AGHI) relativamente ad ogni singolo lotto (es lotto 30 € 1.083.810,00) deve essere superiore di almeno 1,5 volte quello da Voi indicato (pertanto bisogna indicare tutte quelle aziende che hanno fatturato nel complesso almeno € 1.625.715,00)? e tale importo dovrà essere certificato dagli Enti indicati?

Si precisa quanto segue:

Al fine di partecipare alla gara si chiede all’operatore economico concorrente solo di indicare almeno 3 forniture, per ciascuna categoria di prodotto cui si partecipa (nel vostro caso si presume dalle indicazioni fornite che concorrerete solo per la fornitura di aghi), espletate con esito positivo nell’ultimo triennio a favore di soggetti pubblici e/o privati. Non è richiesto alcun importo minimo delle forniture in questione ma il valore delle stesse dovrà comunque essere indicato, unitamente agli altri dati richiesti, nella Tabella di cui al punto 28 Allegato 1. Quanto da Voi indicato nel quesito afferisce al requisito di capacità economico-finanziaria ovvero l’aver realizzato nell’ultimo triennio, un fatturato globale al netto dell’IVA di importo complessivo pari a 1,5 volte il valore complessivo posto a base di gara per ciascun Lotto. In caso di partecipazione a più lotti il fatturato globale richiesto deve essere pari a 1,5 volte la somma del valore previsto per ciascun lotto.

Si precisa, infine, che in sede di verifica ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 quanto da Voi autocertificato (in merito alle forniture espletate nel triennio precedente) dovrà essere comprovato producendo copia dei contratti o fatture o certificati di regolare esecuzione della fornitura.

In merito al quesito n. 5:

- 1) Con riferimento alla Lettera B) – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE dell'Allegato 1 Modello dichiarazioni, siamo a chiedere:
 - Quali allegati dobbiamo elencare nell'Ultima pag. del modello Lettera B) è possibile elencare SOLO eventuali ns. dichiarazioni integrative del SOLO MODELLO LETTERA B?
 - Se al p.to 6) dell'allegato Lettera B) deve essere comunque indicato *IL PROCURATORE SPECIALE ATTUALMENTE IN CARICA* ma che NON ha poteri nella presente gara e che NON sottoscrive i documenti di gara.
- 2) Relativamente all'Offerta Economica, chiedo conferma se all'interno della busta "OFFERTA ECONOMICA ALL'OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOASA LOTTO/I." in caso di partecipazione a più lotti, NON DEVONO essere presentate tante buste di offerta quanti sono i lotti per cui si partecipa.

Si precisa quanto segue:

- 1) – Gli allegati da elencare nell'ultima pagina del modello LETTERA B) sono quelli prodotti dal Concorrente nel rispetto delle indicazioni riportate in modo puntuale nel corpo dello stesso nonché nelle note;
 - al punto 6 dell'Allegato 1 lettera B), come indicato nel corpo dello stesso, devono essere riportati, con riferimento ai procuratori, esclusivamente i dati dei soggetti muniti di poteri nell'ambito della presente gara e/o sottoscrittori dei documenti di gara.
- 2) Si conferma.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Leli