

SCHEDA TECNICA

BENDE DI GARZA IDROFILA ORLATE AURICOLARI PER MEDICAZIONE
non sterile

DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO di CLASSE I per uso esterno, prodotto da SA.VE.PA. S.a.s. - Via Della Repubblica 28 - 20020 ARESE (MI)

Prodotte con garza idrofila puro cotone 100% - filato America 1° 32/40 titolo 12/10 - prima qualità - bianco candido - tessitura regolare - non obliqua - esente da sfilaccature - priva di cimose - non sfibrata dal candeggio ed asciugatura con passaggio alla calandra

- peso gr. 27-35 mq.
- la garza non ingiallisce alla sterilizzazione

misure : m.5 x 1 cm. - m.5 x 2 cm.

codici : BGO7 - BGO1

confezione: incarto singolo ed in pacchetti da 10 bende.

imballo : in scatole di cartone da 500/ 1000/2000/5000 bende.

CND: M030101

Repertorio: N.148112/R

SAGGI F.U. IX Edizione:

Materia prima:	cotone 100% - Latex free	
Riduzioni:	ordito n.fili 10 cm.	120
	trama n.battute 10 cm.	100
Tempo immersione:	3 secondi	
Acidità – alcalinità:	assenti	
Sostanze tensioattive:	assenti	
Amidi e destrine:	assenti	
Sostanze coloranti:	assenti	
Fluorescenza:	assente	
Sostanze solubili in H₂O acqua:	0,11%	
Sostanze solubili in etere:	0,22%	
Ceneri solforiche:	0,11%	
Corpi estranei:	assenti	
Perdita essiccamento:	6,12%	
Carico rottura:	ordito N/5 cm.	187
	trama N/5 cm.	102

BIOBURDEN inferiore a 100 UFC/gr. su prodotto non sterile.

Nome commerciale del prodotto: Bende di garza idrofila orlate auricolari non sterili
Ditta produttrice : SA.VE.PA. S.a.s. Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)
Validità del prodotto: 5 anni dalla data di preparazione (fabbricazione) a confezione integra

Articolo non soggetto a registrazione presso il Ministero della Sanità.

Modalità d'uso: Uso invasivo interno negli orifizi del corpo, a breve termine.

Modalità di conservazione: il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta, e lontano da fonti di calore.

Avvertenze: lo smaltimento del prodotto deve essere eseguito secondo le normative vigenti.

SA.VE.PA. s.a.s.



SCHEMA TECNICA

BENDE DI GARZA IDROFILA ORLATE PER MEDICAZIONE
non sterile

DISPOSITIVO MEDICO MONOUSO di CLASSE I per uso esterno, prodotto da SA.VE.PA. S.a.s. - Via Della Repubblica 28 - 20020 ARESE (MI)

Prodotte con garza idrofila puro cotone 100% - filato America 1° 32/40 titolo 12/8 - prima qualità - bianco candido - tessitura regolare - non obliqua - esente da sfilaccature - priva di cimose - non sfibrata dal candeggio ed asciugatura con passaggio alla calandra

- peso gr. 27-30 mq.
- la garza non ingiallisce alla sterilizzazione

misure : m.5 x 5 cm. - m.5 x 10 cm. - m.5 x 15 cm. - m.5 x 20cm.

codici : BGO2 - BGO4 - BGO5 - BGO6

confezione: incarto singolo ed in pacchetti da 10 bende.

imballo : in scatole di cartone da 500/ 1000/2000/5000 bende.

CND: M030101

Repertorio: N.148112/R

SAGGI F.U. IX Edizione:

Materia prima:	cotone 100% - Latex free	
Riduzioni:	ordito n.fili 10 cm.	120
	trama n.battute 10 cm.	80
Tempo immersione:	3 secondi	
Acidità - alcalinità:	assenti	
Sostanze tensioattive:	assenti	
Amidi e destrine:	assenti	
Sostanze coloranti:	assenti	
Fluorescenza:	assente	
Sostanze solubili in H₂O acqua:	0,10%	
Sostanze solubili in etere:	0,24%	
Ceneri solforiche:	0,12%	
Corpi estranei:	assenti	
Perdita essiccamento:	5,80%	
Carico rottura:	ordito N/5 cm.	185
	trama N/5 cm.	97

BIOBURDEN inferiore a 100 UFC/gr. su prodotto non sterile.

Nome commerciale del prodotto: Bende di garza idrofila orlate non sterili

Ditta produttrice : SA.VE.PA. S.a.s. Via Della Repubblica 28 – 20020 ARESE (MI)

Validità del prodotto: 5 anni dalla data di preparazione (fabbricazione) a confezione integra

Articolo non soggetto a registrazione presso il Ministero della Sanità.

Modalità d'uso: esclusivamente per uso esterno come bendaggio per mantenere rigido un arto slogato o per sostenere una medicazione.

Modalità di conservazione: il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente, in luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta, e lontano da fonti di calore.

Avvertenze: lo smaltimento del prodotto deve essere eseguito secondo le normative vigenti.


SA.VE.PA. s.a.s.