

## DATI GENERALI

<b>Fabbricante:</b>	COVIDIEN LLC 15 Hampshire Street MA 02048 Mansfield
<b>Mandatario:</b>	COVIDIEN IRELAND LIMITED IDA BUSINESS AND TECHNOLOGY PARK TULLAMORE
<b>Società autorizzata alla commercializzazione in Italia:</b>	Medtronic Italia S.p.A. Via Varesina, 162 20156 Milano (MI)

<b>Classificazione CE (D.L.vo 46/97 attuazione Dir. CE 93/42, D.L.vo 507/92 attuazione Dir. CE 90/385):</b>	Classe IIa
<b>Allegati secondo cui è stato certificato il dispositivo:</b>	Allegato II/2

<b>N° Certificato Marcatura CE:</b>	G1160277608012
<b>N° Dichiarazione di Conformità:</b>	DoC USS-041 EEA Staplers

<b>GMDN:</b>	35615
<b>CND:</b>	H0299

<b>Numero di repertorio:</b>	1325084
------------------------------	---------

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Descrizione:</b>	Incudine per sutratrice circolare automatica transorale EEA OrVil da 21 mm		
<b>Materiali costituenti il Dispositivo Medico a diretto contatto con il paziente:</b>	<b>Classe del materiale</b>	<b>Materiale</b>	<b>Cond. Speciali Smaltimento</b>
	POLIMERICI	GOMME SINTETICHE	No
	METALLICI	NON APPLICABILE	No
	METALLICI	TITANIO	No
	POLIMERICI	POLIPROPILENE	No
	METALLICI	ACCIAIO INOX	No
<b>Latex Free:</b>	Si		
<b>Contiene Ftalati:</b>	No		

<b>Confezionamento primario del DM</b>	
<b>I materiali prevalenti costituenti il confezionamento primario del DM necessitano di condizioni speciali di smaltimento:</b>	No
<b>Materiale:</b>	ACCOPPIATO CARTA/LAMINATO PLASTICO
<b>Tipo confezionamento:</b>	SINGOLO
<b>Quantità per confezione:</b>	3 Each
<b>Note:</b>	

<b>Dati di sterilizzazione</b>	
<b>Sterile:</b>	Si
<b>Metodi di sterilizzazione:</b>	<b>Periodo massimo di utilizzo (mesi):</b>
OSSIDO DI ETILENE	36

<b>Informazioni sulla possibilità di riutilizzo</b>	
<b>Monouso:</b>	Si
<b>Modalità di pulizia/disinfezione:</b>	