

**D.P.I. E MATERIALE MONOUSO DI VESTIZIONE E PROTEZIONE PER EMERGENZA COVID – 19\_II ED. (gara 140-2020)**

<b>LOTTO</b>	<b>PRODOTTO</b>	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>CONFORMITA' ALLE NORMATIVE</b>	<b>DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE</b>
<b>1</b>	<b>SOVRASCARPE IN PVC NON STERILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- impermeabile</li> <li>- cuciture e materiali resistenti</li> <li>- bordo elasticizzato</li> <li>- latex free</li> <li>- misura unica</li> <li>- altezza circa alla caviglia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>oppure</li> <li>- Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.)</li> <li>oppure</li> <li>Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i. (se Dispositivo Medico)</li> </ul>
<b>2</b>	<b>GAMBALI NON STERILI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- idrorepellente</li> <li>- Traspirante</li> <li>- preferibilmente con suola antiscivolo</li> <li>- cuciture e materiali resistenti</li> <li>- misura unica</li> <li>- altezza circa al ginocchio</li> <li>- bordo elasticizzato per la chiusura sotto il ginocchio</li> <li>- latex free</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>oppure</li> <li>- Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.)</li> <li>oppure</li> <li>Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i. (se Dispositivo Medico)</li> </ul>
<b>3</b>	<b>CAPPELLINI CHIRURGICI CON BORDO COMPLETAMENTE ELASTICIZZATO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in TNT traspirante</li> <li>- latex free</li> <li>- bordo completamente elasticizzato (tipo charlotte)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i</li> <li>oppure</li> <li>- D.P.I. in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE (se Dispositivo medico)</li> <li>oppure</li> <li>Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.)</li> </ul>
<b>4</b>	<b>COPRICAPO A SCAFANDRO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in TNT traspirante</li> <li>- latex free e ftalati free</li> <li>- copertura integrale a scafandro, con lacci di chiusura</li> <li>- cuciture resistenti allo strappo preferibilmente termosaldate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i.</li> </ul>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
5	<p align="center"><b>CAMICI CHIRURGICI STERILI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in TNT idrorepellente</li> <li>- peso del tessuto: non inferiore a 40g/mq</li> <li>- sterili</li> <li>- allacciatura con fettucce di dimensione adeguata e posizionate in modo da consentirne la vestizione autonomamente e sterilmente dall'operatore</li> <li>- a manica lunga con polsini in maglina</li> <li>- chiusura posteriore del collo possibilmente regolabile con fettuccia o velcro (o simile)</li> <li>- copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione</li> <li>- cartoncino ferma-cintura di dimensioni adeguate a preservare la sterilità delle mani degli operatori durante la vestizione chirurgica</li> <li>- cuciture termosaldate</li> <li>- corpo in pezzo unico</li> <li>- confezionati preferibilmente sottovuoto e comunque con doppio involucre, busta in PE</li> <li>- presenza nella confezione di almeno due telini in SMS o similari con ottime proprietà assorbenti e di dimensione adeguata ad asciugare le mani</li> <li>- misure: M, L, XL e XXL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 13795-1:2019</li> <li>- Conformità alla UNI EN ISO 10993-1:2010</li> <li>- Conformità alla UNI EN 16604:2004</li> <li>- Conformità alla UNI EN 556</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato</li> </ul>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
6	<p align="center"><b>CAMICI NON STERILI IDROREPELLENTI CONTRO RISCHIO BIOLOGICO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in TNT idrorepellente privo di film impermeabili</li> <li>- peso del tessuto: non inferiore a 40g/mq</li> <li>- barriera antibatterica</li> <li>- barriera virale</li> <li>- chiusura posteriore del collo possibilmente regolabile</li> <li>- copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione</li> <li>- allacciatura con fettucce</li> <li>- a manica lunga, polsini con elastico o maglia</li> <li>- misure: varie o taglia unica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 14126:2004</li> <li>- Conformità alla UNI EN 13688:2013</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati e s.m.i.</p>
7	<p align="center"><b>CAMICI NON STERILI CONTRO RISCHIO BIOLOGICO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in TNT idrorepellente con aggiunta di film impermeabili</li> <li>- peso del tessuto: non inferiore a 40g/mq</li> <li>- chiusura posteriore del collo possibilmente regolabile</li> <li>- barriera antibatterica</li> <li>- barriera virale</li> <li>- copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione</li> <li>- allacciatura con fettucce</li> <li>- a manica lunga, polsini con elastico o maglia</li> <li>- misure: varie o taglia unica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 14126:2004</li> <li>- Conformità alla UNI EN 13688:2004</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati e s.m.i.</p>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
8	<b>CAMICI NON STERILI TIPO "VISITATORE"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in TNT</li> <li>- peso del tessuto: non inferiore a 30g/mq</li> <li>- chiusura posteriore del collo possibilmente regolabile</li> <li>- copertura della schiena totale, ottenuta mediante completa sovrapposizione</li> <li>- allacciatura con fettucce</li> <li>- a manica lunga, polsini con elastico o maglia</li> <li>- misure: varie o taglia unica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i.</li> </ul>
9	<b>TUTE DI PROTEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tuta monouso protezione agenti biologici/chimici/sostanze liquide pericolose</li> <li>- di tipo Partial Body PB 6-B (codifica 6-6-3-3) oppure in alternativa PB 5-B</li> <li>- chiusura con cerniera ricoperta</li> <li>- elastico alle caviglie, polsi, vita e cappuccio</li> <li>- colore preferibilmente bianco</li> <li>- taglie in proporzione: 20% L; 40% XL; 40% XXL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 14126:2004</li> <li>- Conformità alla UNI EN 13688:2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati</li> </ul>
10	<b>MASCHERINE CHIRURGICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- di Tipo IIR</li> <li>- in TNT traspirante e resistente</li> <li>- almeno 3 strati o equivalente (spunbond e meltblown), di cui quello interno a contatto con la cute in materiale atossico ed anallergico</li> <li>- latex free</li> <li>- preferibilmente con elastici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispositivo medico in conformità alla Direttiva 93/42/CE e s.m.i. e/o UNI EN 14683:2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Direttiva 93/42/CE e s.m.i.</li> </ul>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
11	<b>SEMIMASCHERA FILTRANTE FACCIALE FFP2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FFP2 che andranno impiegate in reparti sanitari COVID di media e alta intensità di cura</li> <li>- in fibra di TNT</li> <li>- latex free</li> <li>- materiale anallergico</li> <li>- con e/o senza valvola (sarà possibile offrire, se disponibili, sia semimaschere senza valvola che con valvola)</li> <li>- con doppi elastici nicali e stringinaso</li> <li>- per protezione delle vie respiratorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 149:2009</li> <li>- EN 14683 :2009 tipo IIR e/o GB/T 32610-2016A</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati e s.m.i.</p>
12	<b>SEMIMASCHERA FILTRANTE FACCIALE FFP3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FFP3 che andranno impiegate in reparti COVID di media e alta intensità di cura</li> <li>- in fibra di TNT</li> <li>- latex free</li> <li>- capacità filtrante di almeno 98%</li> <li>- materiale anallergico</li> <li>- senza valvola</li> <li>- con doppi elastici nicali e stringinaso</li> <li>- per protezione naso bocca da polveri nocive fibre e aerosol a base organica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 149:2009</li> <li>- EN 14683 :2009 tipo IIR e/o GB19083</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati e s.m.i.</p>
13	<b>GUANTI NON STERILI IN LATTICE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- protezione da prodotti chimici pericolosi e da microrganismi pericolosi (conformità alla EN 374-2 e alla EN 374-5)</li> <li>- senza polvere lubrificante</li> <li>- misure: da S a XL (o equivalenti in scala numerica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 420 :2010</li> <li>- Conformità alla UNI EN 374-2:2020</li> <li>- Conformità alla UNI EN 374-5:201</li> <li>- Conformità alla UNI EN 455</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati e s.m.i.</p>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
14	<b>GUANTI NON STERILI IN NITRILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- protezione da prodotti chimici pericolosi e da microrganismi pericolosi (conformità alla EN 374-2 e alla EN 374-5 se D.P.I.)</li> <li>- latex free</li> <li>- senza polvere lubrificante</li> <li>- misure: da S a XL (o equivalenti in scala numerica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 420 :2010</li> <li>- Conformità alla UNI EN 374-2:2020</li> <li>- Conformità alla UNI EN 374-5:201</li> <li>- Conformità alla UNI EN 455</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati e s.m.i.</p>
15	<b>GUANTI NON STERILI IN NITRILE MANICA LUNGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lunghezza complessiva del guanto pari ad almeno 300mm (tolleranza di <math>\pm 5</math> mm)</li> <li>- protezione da prodotti chimici pericolosi e da microrganismi pericolosi (conformità alla EN 374-2 e alla EN 374-5)</li> <li>- latex free</li> <li>- senza polvere lubrificante</li> <li>- misure: da S a XL (o equivalenti in scala numerica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 420 :2010</li> <li>- Conformità alla UNI EN 374-2:2020</li> <li>- Conformità alla UNI EN 374-5:201</li> <li>- Conformità alla UNI EN 455</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati e s.m.i.</p>
16	<b>GUANTI NON STERILI IN VINILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- protezione da prodotti chimici pericolosi e da microrganismi pericolosi (conformità alla EN 374-2 e alla EN 374-5)</li> <li>- latex free</li> <li>- senza polvere lubrificante</li> <li>- misure: da S a XL (o equivalenti in scala numerica)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i.</li> <li>- Conformità alla UNI EN 420 :2010</li> <li>- Conformità alla UNI EN 374-2:2020</li> <li>- Conformità alla UNI EN 374-5:201</li> <li>- Conformità alla UNI EN 455</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati e s.m.i.</p>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
17	<p align="center"><b>OCCHIALI A STANGHETTA CON PROTEZIONE LATERALE E FRONTALE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lenti antigraffio, antiriflesso, antiappannamento, resistente al lavaggio con disinfettante</li> <li>- preferibilmente aste regolabili in lunghezza</li> <li>- montatura in materiale anallergico</li> <li>- protezioni laterali e frontale</li> <li>- possibilità di sterilizzazione</li> <li>- classe ottica 1</li> <li>- protezione da spruzzi e liquidi (3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. di II categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425</li> <li>- Conformità alla UNI EN 166:2004</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati</p>
18	<p align="center"><b>OCCHIALI PROTETTIVI MODELLO A MASCHERA (tipo sub)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- classe ottica 1</li> <li>- protezione da liquidi e spruzzi (3)</li> <li>- anti-appannamento (N)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I. III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425</li> <li>- Conformità alla UNI EN 166:2004</li> </ul>	<p>1) Scheda tecnica 2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati</p>

LOTTO	PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFORMITA' ALLE NORMATIVE	DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI RICHIESTE
19	<p align="center"><b>SCHERMO FACCIALE/ VISIERA DI PROTEZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- classe ottica 1</li> <li>- protezione da liquidi e spruzzi (3)</li> <li>- anti-appannamento (N)</li> <li>- antiriflesso</li> <li>- spugna anallergica frontale eventualmente sostituibile</li> <li>- benda elastica regolabile o sistema equivalente</li> <li>- deve consentire l'utilizzo di occhiali correttivi e di maschera di protezione delle vie respiratorie</li> <li>- il materiale deve consentire la possibilità di disinfezione chimica mediante i disinfettanti di impiego comune senza compromettere la prestazione del dispositivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.I.di III categoria in conformità al Regolamento (UE) 2016/425</li> <li>- Conformità alla UNI EN 166:2004</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scheda tecnica</li> <li>2) Copia della certificazione CE o dichiarazione di conformità secondo Regolamento (UE) 2016/425 e s.m.i. (se D.P.I.) rilasciata da Organismo notificato oppure validazione art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n.18 da parte dell'INAIL da fornire con dichiarazioni e allegati</li> </ul>